

货号	名称	规格	存储
F1619-12T	ChainFree® mCherry-Tag Co-IP 试剂盒（植物）	12T	-20℃
F1619-24T	ChainFree® mCherry-Tag Co-IP 试剂盒（植物）	24T	-20℃

产品简介

本试剂盒采用ChainFree® Anti-mCherry磁珠来完成mCherry标签融合蛋白的免疫共沉淀实验。ChainFree® Anti-mCherry磁珠偶联的是经过严格筛选、优化并重组表达的无轻、重链的mCherry抗体，所以IP洗脱液中不会有抗体轻、重链污染。

实验前先将mCherry标签与目标蛋白在植物样本中融合表达。裂解样本后，将ChainFree® Anti-mCherry磁珠加入样本中，磁珠上偶联的 mCherry 抗体与样本中的 mCherry 标签融合蛋白及其结合蛋白形成复合体，去除未结合的蛋白后，可以采用多种方法洗脱蛋白质。

试剂盒成分

编号	名称	12T 规格	24T 规格	储存条件
①	ChainFree® Anti-mCherry 磁珠	370 μ L	740 μ L	4℃，1 年
②	裂解缓冲液	7mL	14mL	4℃，1 年
③	漂洗液	25mL	50mL	4℃，1 年
④	洗脱缓冲液	650 μ L	1.3mL	-20℃，1 年
⑤	蛋白酶抑制剂	190 μ L	380 μ L	-20℃，1 年
⑥	10mL 离心管	1 个	1 个	——

***注意：**该试剂盒包含足够完成 12、24 或 40 个反应的试剂，每个反应使用 40 μ L 磁珠。由于每次 pull-down 实验至少需要设置一个实验组和一个阴性对照组，因此一次实验至少需要使用 2 个反应的试剂量。

额外所需材料

- 自备试剂：mCherry 抗体（用于 Western-Blot 检测）、PBS
- 所需仪器：磁力架、混匀仪、低温离心机、超声波破碎仪。

使用说明

I 注意事项

- 请勿干燥、冷冻或剧烈涡旋磁珠，禁止长时间置于磁场，这些操作可能会引起磁珠聚团，降低结合活性。
- 为保证磁珠均匀分布，请在使用前通过反复颠倒、轻微涡旋彻底混匀磁珠。
- 实验的具体样品量和孵育时间依赖于每个特定体系，可能需要优化才能得到最大产量。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

II 操作方法

1. 总蛋白提取

- 实验组和对照组一共取 0.4~0.6 g 植物组织，用无菌双蒸水清洗干净，置于研钵中，用液氮充分研磨，再转移粉末至预冷的新离心管中。
- 将样本管置于冰上，每组加入 500 μ L 预冷的②裂解缓冲液、5 μ L⑤蛋白酶抑制剂（按 1%添加），吹打混匀。
- 冰上超声破碎至溶液基本澄清。
- 4℃ 12000g 离心 15min，收集上清至新的离心管中。
- 取 30 μ L 作为 input，剩余用于 Co-IP 实验，置于冰上备用或-80℃保存。

*** 注意：**i. 当样本不能完全裂解时（溶液很浑浊），可以增加裂解缓冲液或改善超声条件继续裂解。超声条件因样本类型和超声设备而异，应提前摸索好合适的条件。样本蛋白浓度通常不低于 $5\ \mu\text{g}/\mu\text{L}$ ，总量约 $2\sim 3\ \text{mg}$ 。

ii. 如果样本中目标蛋白或 RNA 丰度较低，或结合物间的结合较弱，可以增加初始样本量，同时等比例增加裂解缓冲液和酶抑制剂的用量，但总孵育体积最大不超过离心管体积的 $2/3$ ，体积过大可以更换大规格离心管。

2. 漂洗液准备

为了防止实验过程中的蛋白降解，需要向漂洗液中添加蛋白酶抑制剂。取出⑥10 mL 离心管，加入实验组和对照组总共所需的 $3.8\ \text{mL}$ ③漂洗液、 $19\ \mu\text{L}$ ⑤蛋白酶抑制剂（按 0.5% 添加），混合均匀，冰上保存，现配现用。如果有多组样本，请按照实际使用量配置。

3. 免疫共沉淀

- (1) 将①ChainFree® Anti-mCherry 磁珠上下颠倒混匀，每组取 $30\ \mu\text{L}$ 磁珠到新的离心管中。
- (2) 每组加入 $200\ \mu\text{L}$ 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (3) 重复上步操作一次。
- (4) 向磁珠中加入相应组别的样本裂解液（步骤 1 制备），放混匀仪上室温孵育 1h 或 4°C 孵育 4h。
- (5) 放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (6) 每组加入 $500\ \mu\text{L}$ 漂洗液（步骤 2 准备），颠倒混匀 30 次，放磁力架上静置 1 min 并弃上清。
- (7) 重复上步操作两次，共漂洗三次，保留磁珠。

4. 蛋白洗脱

本说明书提供以下两种蛋白洗脱方案，操作者可以根据后期检测的需要选择合适的洗脱方法。

(1) 非变性洗脱法：向磁珠中加入 $50\ \mu\text{L}$ ④洗脱缓冲液，涡旋震荡 20s，放混匀仪上室温洗脱 $10\sim 15\ \text{min}$ ；涡旋震荡 20s， 1000g 离心 20s，放磁力架上静置 1 min，收集上清至新的离心管中， -80°C 保存。该洗脱产物保持原有的生物活性，适用于后期各种检测，例如质谱、SDS-PAGE 或 Western-blot 等。

(2) SDS-PAGE 上样缓冲液洗脱法（变性洗脱法）：向磁珠中加入 $50\ \mu\text{L}$ $1\times$ SDS-PAGE 上样缓冲液， 95°C 加热 5min；磁力架上静置 1min，收集上清至新的离心管中。该洗脱产物适用于 SDS-PAGE 或 Western Blot 检测；如果需要进行质谱检测，则切胶条后送检。

*** 注意：**i. 本试剂盒提供的洗脱缓冲液可以兼容质谱。

ii. 如果选择非变性洗脱法，可以暂时保留洗脱后的磁珠，当非变性洗脱效率较低时，则采用 SDS-PAGE 上样缓冲液洗脱法继续洗脱蛋白。

iii. Co-IP 捕获的蛋白量通常较少，因此 SDS-PAGE 建议用硝酸银染色，染色步骤参考如下：（为了便于称量，每步配置的溶液体积较大，实际操作时取适量溶液浸泡胶即可）


- (1) 固定：30 min（乙醇：乙酸：水=4：1：5 体积比）；
- (2) 敏化：30 min（乙酸钠 $10.2\ \text{g}$ ，硫代硫酸钠 $0.471\ \text{g}$ ，乙醇 $45\ \text{mL}$ ，加水至 $150\ \text{mL}$ ）；
- (3) 水洗：4 次，每次 10 min；
- (4) 银染：30 min（硝酸银 $0.375\ \text{g}$ ，加水至 $150\ \text{mL}$ ）；
- (5) 水洗：2 次，每次 40 s；
- (6) 显色：显影至条带清楚（碳酸钠 $3.75\ \text{g}$ ， $60\ \mu\text{L}$ 甲醛，加水至 $150\ \text{mL}$ ）；
- (7) 终止：5 min（ Na_2EDTA $2.19\ \text{g}$ ，加水至 $150\ \text{mL}$ ）。

使用案例

实验目标：检测样本中的诱饵蛋白与猎物蛋白之间是否有相互作用。

- (1) 表达 mCherry 空载体和猎物蛋白的样本采用 ChainFree® Anti-mCherry 磁珠进行 Co-IP；

(2) 对照组：表达 mCherry-诱饵蛋白和猎物蛋白的样本采用 ChainFree® Anti-mCherry 磁珠进行 Co-IP。



诱饵蛋白的 western-blot 检测图